

**PARECER TECNICO**  
**COTAÇÃO PREVIA DE PREÇO Nº01/2024**  
**CONVENIO Nº 946475/2023**

**À Comissão de compras**

O equipamento SUPORTE DE SORO apresentado na proposta da empresa POLYMED METALURGICA INDUSTRIAL LTDA CNPJ 03.247.233/0001-81 para fornecimento do suporte de soro ( material de confecção : pedetal / aço inoxidavel) não atende ao nosso objetivo, pois não possui todas as especificações mínimas exigidas. O material declarado na proposta é inferior ao informado no anexo I Termo de Referência.

O equipamento MESA DE EXAMES apresentados nas empresas, POLYMED METALURGICA INDUSTRIAL LTDA; GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI – LTDA ; METALFAR MOVEIS HOSPITALARES LTDA e PALAS COMERCIAL não atendem ao nosso objetivo, pelo seguimento de sermos um Hospital Oftalmológico e as que foram apresentadas não atendem.

O equipamento DESKTOP BÁSICO apresentado pela empresa DOCTOR PRINT – VICTOR HUGO TORQUATO – ME para fornecimento de 02 desktop básico, não atendem ao nosso objetivo, pois não possui as especificações mínimas exigidas, apresenta uma fonte de alimentação de capacidade abaixo do esperado para o funcionamento da máquina. A proposta apresentada pela empresa GIEDI TECH COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA para o fornecimento de 02 desktop básico, não atendem ao objetivo, pois não possui as especificações mínimas exigidas, onde não contém o adaptador de vídeo integrado sendo no mínimo de 1GB de memória.

O equipamento NO-BREAK apresentado pela empresa DOCTOR PRINT – VICTOR HUGO TORQUATO – ME para fornecimento de 02 no-break, não atendem ao nosso objetivo, pois não possuem as especificações técnicas mínimas exigidas, não dispo de um equipamento que permite a expansão de bateria e não informa o nível de ruído.



Eduardo Spinola Príncipe de Oliveira

Responsável Técnico

CRM 3375



Carla Maria Batista Grisi

Administradora

CRA 23620

Salvador 15 de fevereiro de 2024